



AC - 5005

USB TTL Kabel für VC-6000cm / USB TTL cable for VC-6000cm / USB TTL câble pour VC-6000cm



Anwendung

Das USB 2.0 - TTL (6 Pin – mittels 2 Steckverbinder) Kabel AC-5005 ermöglicht die Anbindung eines VC-6000™ Compact monitors an einen PC.

Mit diesem Kabel kann mittels OPC DA Server-Typ 7131 auf die Messdaten und Einstellungen des VC-6000™ Compact monitors zugegriffen werden.

Application

The USB 2.0 - TTL (6 pin – by means of two connectors) cable AC-5005, allows connection of a VC-6000™ compact monitor to a PC.

Using this cable, access can be gained to the measurement data and settings of the VC-6000™ compact monitor using the OPC DA server type 7131.

Utilisation

Le câble USB 2.0 - TTL AC-5005 (6 broches - 2 connecteurs) permet le raccordement d'un écran compact VC-6000™ à un PC.

Grâce à ce câble, il est possible, au moyen du serveur OPC DA Type 7131, d'accéder aux données de mesures et aux paramètres de l'écran compact VC-6000™.

Technische Daten

Leistungsaufnahme

(von Compact monitor)
DC 5 V; 15 mA

Arbeitstemperaturbereich

-20 bis +65 °C

Lagertemperaturbereich

-20 bis +80°C

Eingang

TTL - 3 Pin (v. 6 Pin) –
mittels 2 Steckverbinder

Ausgang

USB 2.0 (an PC)

Abmessung

Länge ca. 1.600 mm

Technical Data

Power consumption

(from Compact monitor)
DC 5 V; 15 mA

Operational temperature range

-20 bis +65 °C

Storage temperature range

-20 bis +80°C

Input

TTL - 3 pin (vs. 6 pin) –
by means of two
connectors

Output

USB 2.0 (to PC)

Dimensions

Length ca. 1.600 mm

Données techniques

Puissance absorbée

(de Compact monitor)
DC 5 V; 15 mA

Plage de température de service

-20 à +65 °C

Plage de température de stockage

-20 à +80°C

Entrée

TTL - 3 broches (v. 6
broches) -
avec 2 connecteurs.

Sortie

USB 2.0 (de PC)

Dimensions

Longueur env. 1.600 mm

Lieferumfang


- USB 2.0 - TTL (2 Steckverbinder) Kabel
- 1 Treiber CD
- 1 Anleitung

Scope of supply

- USB 2.0 - TTL (two connectors) cable
- 1 drivers CD
- 1 set of instructions

Fourniture

- Câble USB 2.0 - TTL (2 connecteurs)
- 1 CD pilote
- 1 notice

Anschluss**Connection****Connexion****Installationsschritte****Setup and steps****Étapes des montage**

- Schalten Sie das VC-6000cm ein.
- Schließen Sie das AC-5005 Kabel an einen der USB-Anschlüsse des PCs an.

HINWEIS:

Wenn der USB-Treiber nicht richtig erkannt wird, installieren Sie mithilfe der mitgelieferten CD den richtigen Softwaretreiber.

- Die 2 Steckverbinder X26 und X27 an die gleichnamigen Anschlüsse des VC-6000cm anschließen.
- Öffnen Sie den Geräte-Manager über die Systemsteuerung.
- Das angeschlossene AC-5005 wird im Explorer unter den anderen Geräten angezeigt.

- Power on the VC-6000cm.
- Connect the AC-5005 cable with one of the USB ports of the PC.

HINT:

If the USB driver is not correctly recognised, use the supplied CD to install the software driver

- The other ends are connected to X26 and X27 labelling of the connectors at the cable side.
- Open the Device Manager from Control Panel
- the connected AC-5005 is displayed under other devices.

- Allumez le VC-6000cm.
- Raccordez le câble AC-5005 au port USB du PC.

REMARQUE :

- Si le pilote USB n'est pas correctement reconnu, vous pouvez installer le pilote du logiciel à l'aide du CD fourni.
- Raccordez les deux connecteurs X26 et X27 aux prises du même nom sur le VC-6000cm.
- Lancez le gestionnaire de périphérique dans le panneau de configuration.
- Le AC-5005 raccordé apparaît dans l'explorateur sous les autres périphériques.

Entsorgung

WEEE-Reg.-Nr. DE 69572330

Disposal

WEEE-Reg.-No. DE 69572330

Mise au rebut

WEEE-Reg.-N°. DE 69572330

Bestellcode

AC-5005 USB TTL Kabel

Ordering code

AC-5005 USB TTL cable

Code de commande

AC-5005 USB TTL câble



Brüel & Kjær Vibro

EU-Konformitätserklärung / EU- Declaration of conformity

Hiermit bescheinigt das Unternehmen / *The company*

**Brüel & Kjær Vibro GmbH
Leydheckerstraße 10
D-64293 Darmstadt**



die Konformität des Produkts / *herewith declares conformity of the product*

USB TTL Kabel für VC-6000 CM / USB TTL cable for VC-6000 CM

Typen / *Types*

AC-5005

mit folgenden einschlägigen Bestimmungen / *with applicable regulations below*
EU-Richtlinie / *EU-directive*

2011/65/EU Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

2011/65/EU Directive for the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment


Angewendete harmonisierte Normen / *Harmonized standards applied*

EN 50581 : 2012

Bereich / *Division*
Brüel & Kjær Vibro GmbH

Unterschrift / *Signature*
CE-Beauftragter / CE-Coordinator

Ort/*Place* **Darmstadt**
Datum / *Date* **04.07.2017**



(Niels Karg)